SI

A, V

LABORATORIO DE REFERENCIA

PTB

UF= ± 0,003 %

CENAMEP-LAB E4

U DCV= ± 10 - 14 µV/V

U DCI= ± 55 – 120 µA/A

INTI

UF= ± 30 µV/V

PATRONES DE REFERENCIA

Transformadores de Corriente

CMP-E1-TPC 01

CMP-E1-TPC 02

[60 meses]

Transformadores de Tensión

CMP-E1-TPT 01

[60 meses]

PATRONES DE MEDIDA DE TRABAJO

Transformador de Corriente

CMP-E1-TPC 03

UF= ± 0,06 %

[24 meses]

Divisores de Tensión

CMP-E1-DTC 01

CMP-E1-DTA 01

[60 meses]

Multímetro

CMP-E1-DMM 01

U DCV= ± 30 µV/V

[12 meses]

SERVICIOS PRESTADOS

Transformadores de medida de corriente

Fuentes de alta tensión

Transformadores de medida de tensión