SI	K
LABORATORIO DE REFERENCIA	**CEM** Zinc point U= 1.2 mK Tin point U= 0.9 mK Gallium point U= 0.3 mK Mercury point U=0.3
PATRÓN DE REFERENCIA	**CENAMEP AIP-Laboratorio T0** **CMP-T0-SPTR03** **CMP-T0-SPRT07** Rango: -38 °C hasta 420 °C **[12 meses]**
PATRÓNES DE MEDIDA DE TRABAJO	**CENAMEP AIP- Laboratorio T1 U (°C) = 50 mK** CMP-T1-IPRT06 CMP-T1-IPRT20 CMP-T1-IPRT21 Rango: -38 °C hasta 420 °C **[12 meses]**
SERVICIOS PRESTADOS	**Termómetros de lectura directa conjunto lector-sensor U (°C) = 50 mK** Rango: -38°C hasta 420 °C **Medidores de temperatura en aire por comparación directa U= 0.3 °C** Rango: 10 °C hasta 50 °C