SI	**W, s**
LABORATORIO DE REFERENCIA	**CENAMEP AIP - Laboratorio E2** U (fp= 1)= ± 95 µWh/VAh U (fp= 0,5 i y c)= ± 100 µWh/VAh
PATRONES DE REFERENCIA	
PATRONES DE TRABAJO	Patrón de Energía Eléctrica Estacionario CMP-E0-PEE 02 U= ± 200 µWh/VAh (0,5 – 1200 Wh) [12 meses] Mesa de 5 posiciones CMP-E0-MESA 02 U= ± 300 µWh/VAh (0,5 – 1200 Wh) [12 meses] Patrón Trifásico de Energía Eléctrica CMP-E0-PEE 04 U= ± 300 µWh/VAh (0,5 – 1200 Wh) [12 meses] Patrón Trifásico de Energía Eléctrica Portátil CMP-E0-PEE 05 U= ± 300 µWh/VAh (0,5 – 1200 Wh) [12 meses]
SERVICIOS PRESTADOS	Analizadores de Calidad de Potencia Medidores y Registradores de Energía Eléctrica