SI	Trazable a masa (kg) y a la aceleración de la gravedad g (m/s^2)
LABORATORIO DE REFERENCIA	ALEMANIA PTB Laboratorio de Fuerza ITALIA INRIM Laboratorio de Fuerza
PATRÓN DE REFERENCIA	**Máquinas de Pesos Muertos de** Cap. Max de 5 MN con U = 0.01% Cap. Max de 1 MN con U = 0.002% Cap. Max de 2 kN con U= 0.002% **Máquinas de Pesos Muertos de** Cap. Max de 1000 kN con U = 0.002% Cap. Max de 2.5 kN con U = 0.002%
PATRÓNES DE MEDIDA DE TRABAJO	**Celdas de Carga** **Clase 00 – norma ISO 376** • CMP-D0-021 (1 MN) • CMP-D0-001 (200 kN) • CMP-D0-009 (50kN) • CMP-D0-026 (10 kN) [24 meses] **Celdas de Carga** **Clase 00 – norma ISO 376** • CMP-D0-005 (1000 kN) • CMP-D0-002 (200 kN) • CMP-D0-024 (10 kN) • CMP-D0-029 (3 MN) [24 meses]
SERVICIOS PRESTADOS (imágenes de equipos calibrados)	• Calibración de máquinas de ensayo a compresión desde 10 kN hasta 3 MN. • Calibración de máquinas de ensayo a tracción de 10 kN hasta 200 kN.