SI

K, Pa

LABORATORIO DE REFERENCIA

VAISALA Laboratory

U = 0.8 %HR

CEM
Zinc point U = 1.2 mK
Tin point U = 0.9 mK
Gallium point U = 0.3 mK
Mercury point U = 0.3 mK

CENAM
U (Pa)= 87Pa

PATRONES DE REFERENCIA

CENAMEP AIP-Laboratorio T1
CMP-T0-SPTR03
CMP-T0-SPRT07
U (°C) = 50 mK

[12 meses]

PATRÓNES DE MEDIDA DE TRABAJO

CMP-H0-SEN01
CMP-H0-SEN02

[12 meses]

Termistores del generador de humedad
CMP-H0-CAM01

[12 meses]

Transductores de presión del generador de humedad
CMP-H0-CAM01

[12 meses]

SERVICIOS PRESTADOS

Medidores de humedad relativa por presiones parciales

HR @ 20 °C	U (%HR) k=2	HR @ 40 °C	U (%HR) k=2
Rango de 30 a 50 %HR	0.82	Rango de 30 a 50 %HR	0.90
Rango de 70 a 90 % HR	1.20	Rango de 70 a 90 % HR	1.40

Medidores de humedad relativa por comparación directa U= ± 3 %HR